

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DEL ANALITZADOR PER CAPTACIÓ D'IMATGES SITUAT A L'ESTABULARI DE LA FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

2011-011- MANT. ANALITZADOR

Pressupost màxim de licitació:

El pressupost total màxim per aquesta licitació, que tindrà una duració de 3 anys i 7 mesos és de "SEIXANTA-SET MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS" (**67.725,00- €**), (IVA NO INCLÒS).

* El pressupost anual que s'ha estimat per a cada exercici, serà de "DIVUIT-MIL NOU-CENTS EUROS" (**18.900,00- €**)(IVA NO INCLÒS):

Descripció del servei:

L'Estabulari de la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall Hebron, precisa la contractació d'un servei de manteniment preventiu i correctiu del analitzador per captació d'imatges, concretament es tracta del equip xenogen, Model IVIS®Spectrum.

Es tracta d'un equip per a imatges in-viu d'animals petits, del qual s'obté imatges en 2D de fonts fluorescents o bioluminiscentes.



A continuació es detalla la relació de tasques i requisits necessaris per a dur a terme aquest servei.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SERVEI:

- El Manteniment del equip s'haurà de realitzar amb una periodicitat trimestral.
- Serà imprescindible que durant la visita de manteniment, les peces que per el seu major ús es trobin més malmeses i/o desgastades, siguin substituïdes.



- Aquest servei ha d'incloure el cost de les peces de recanvi, les hores de mà d'obra derivades del manteniment i revisió del equip, les de substitució i/o reparació de les peces que es precisi, el així com els desplaçaments.
- Caldrà donar un servei tècnic davant una situació d'avís d'averia el més breu possible.
 - El període màxim establert serà de tres (3) dies laborals, però si el licitador ofereix temps de resposta menors es valorarà molt positivament.
 - El temps de resposta telefònica també s'estima que sigui el més àgil i ràpid possible, però s'estimarà que mai serà superior a 24 hores.

ASPECTES A VALORAR EN GENERAL:

- Es valorarà molt positivament la disminució del termini màxim fixat d'espera davant d'una situació d'avís d'averia.
- Qualsevol altre aspecte que suposi una millora addicional, i no hagi quedat contemplat en cap altre punt anterior.

Barcelona, 14 d'abril de 2011.