

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE L'ANALITZADOR PER CAPTACIÓ D'IMATGES SITUAT A L'ESTABULARI DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

2012-007- MANT. ANALITZADOR

Pressupost màxim de licitació:

El pressupost total màxim per aquesta licitació, que tindrà una duració de 2 anys és de "TRENTA-VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS" (38.760,00- €), (IVA NO INCLÒS).

* El pressupost anual que s'ha estimat per a cada exercici, serà de "DINOU MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS" (19.380,00- €) (IVA NO INCLÒS):

Descripció del servei:

L'Estabulari de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca, precisa la contractació d'un servei de manteniment preventiu i correctiu de l'analitzador per captació d'imatges, concretament es tracta del equip Xenogen, Model IVIS@Spectrum.


Es tracta d'un equip per a imatges in-viu d'animals petits, del qual s'obté imatges en 2D de fonts fluorescents o bioluminescents.



A continuació es detalla la relació de tasques i requisits necessaris per a dur a terme aquest servei.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DEL SERVEI:

- El tipus de manteniment que es precisa per a l'equip descrit, ha d'incloure tres (3) visites de Manteniment Correctiu i una (1) de Manteniment Preventiu.



- Serà imprescindible que durant la visita de Manteniment Preventiu, les peces que per el seu major ús es trobin més malmeses i/o desgastades i puguin ser susceptibles de generar futures averies, siguin substituïdes. S'efectuarà la calibratge de la resposta de la càmera.
- Aquest servei ha d'incloure el cost de les peces de recanvi, les hores de mà d'obra derivades del manteniment i revisió de l'equip, les de substitució i/o reparació de les peces que es precisi, el així com els desplaçaments.
- Al finalitzar cada intervenció s'emetrà un document explicatiu de l'averia, de com s'ha solucionat i la relació de peces substituïdes
- Caldrà donar un servei tècnic davant una situació d'avís d'averia el més breu possible.
 - El període màxim establert serà de tres (3) dies laborals, però si el licitador ofereix temps de resposta menors es valorarà molt positivament.
 - El temps de resposta telefònica també s'estima que sigui el més àgil i ràpid possible, però s'estimarà que mai serà superior a 24 hores.

ASPECTES A VALORAR EN GENERAL:

- Es valorarà molt positivament la disminució del termini màxim fixat d'espera davant d'una situació d'avís d'averia.
- Qualsevol altre aspecte que suposi una millora addicional, i no hagi quedat contemplat en cap altre punt anterior.

Barcelona, 10 de maig de 2012.