



**Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)**

NÚM. EXPEDIENT: 2018-009 KITS RNA DEL VHE

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN LOT DE KITS PER LA DETERMINACIÓ DE RNA DEL VIRUS DE L'HEPATITIS E -VHE DESTINAT AL GRUP DE RECERCA DE MALALTIES HEPÀTIQUES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR).**

*Cofinançat per el "Fondo Europeo de Desarrollo Regional" (FEDER).*



f



### **Clàusula 1. Objecte de la licitació.**

L'objecte del present plec és el subministrament de kits per la determinació de RNA del virus de l'Hepatitis E –VHE. Els kits hauran de complir amb la normativa aplicable vigent en cada moment.

Aquest subministrament va a càrrec del projecte (IC14/00367) titulat “*Estudio aleatorizado de dos estrategias de tratamiento con Ribavirina para la Hepatitis Crónica E y formas agudas graves.*”, destinat al Grup de Recerca de Malalties Hepàtiques de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR).

### **Clàusula 2. Pressupost màxim de licitació.**

El pressupost total màxim per aquesta licitació, és de “**CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS**” (55.442,20€), dels quals “**NOU MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS** (9.622,20 €) corresponen a l'IVA.

### **Clàusula 3. Durada del present contracte.**

La durada del present contracte de subministrament coincidirà amb la vigència del projecte anteriorment indicat, que és fins el 30/06/2019.

Si aquest projecte es trobes, per alguna de les raons que ara no es poden preveure, subjecte a la sol·licitud d'una possible pròrroga, la data de finalització serà susceptible a ser ampliada a, com a màxim la que sigui finalment autoritzada.

### **Clàusula 4. Lloc i termini de lliurament dels productes.**

**LLOC D'ENTREGA:** els productes a subministrar es lliuraran al Laboratori de Malalties Hepàtiques 006 (Hepatitis virals), situat a la Planta Baixa de l'Edifici Mediterrània de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron – Institut de Recerca (VHIR).

**TERMINI D'ENTREGA:** el termini màxim de lliurament dels productes serà d'1 setmana, a comptar a partir del dia següent al qual s'efectuï la comanda. Així mateix, les comandes es podran començar a efectuar a partir del dia següent a la formalització del contracte que resulti de la present licitació, una vegada s'hagi adjudicat definitivament.

### **Clàusula 5. Tipologia d'unitats a subministrar.**

A continuació es relacionen els articles que componen aquest subministrament així com el nombre estimat de cadascun d'ells, aquest nombre està considerat un valor estimat, calculat com un consum previst màxim:

- 29 unitats: Kits per la determinació del RNA del VHE en un sistema d'extracció i quantificació automatitzat i altament sensible.



Per tant, el pressupost total màxim per a cada unitat de producte a subministrar serà de:

- 29 unitats: Kits per la determinació del RNA del VHE en un sistema d'extracció i quantificació automatitzat i altament sensible: preu unitari 1.580 + IVA

#### **Clàusula 6. Característiques tècniques dels kits**

Es requereixen els kits per els processos de determinació de RNA del virus de l'hepatitis E –VHE. Els kits requerits han d'ajustar-se als següents requisits:

- 1)Es requereix que sigui una prova de PCR qualitativa per a la detecció d'ARN del VHE.
- 2)Es requereix que a més de l'ARN del VHE es detecti un control intern.
- 3)Es requereix que la preparació de les mostres sigui totalment automàtica (extracció i purificació d'àcids nucleics) seguida d'amplificació i detecció mitjançant PCR.
- 4)El sistema ha de permetre l'anàlisi individual o a partir de pools de mostres.
- 5)Per evitar contaminacions, el sistema ha de dur a terme la transcripció reversa i amplificació emprant dUTP en comptes de dTTP.
- 6)La Master Mix ha de dur sondes fluorescents de detecció específiques per VHE i el control intern.

#### **Clàusula 7. Aspectes que es valoraran com a millores.**

Tot i que els productes han de tenir les característiques tècniques que s'indiquen en la clàusula anterior, els licitadors tindran la possibilitat d'incloure millores, que seran puntuades segons la Clàusula nº 8 del present plec.

#### **Clàusula 8. Criteris d'adjudicació**

Els criteris que a continuació s'indicaran, s'avaluaran mitjançant judicis de valors i s'aplicaran al contingut del sobre nº 2:

#### **Característiques qualitatives i tècniques del subministrament.....MÀXIM 50 PUNTS.**

8.1. Característiques qualitatives i tècniques del subministrament: ..... 41 punts

- Memòria especificacions tècniques dels elements a subministrar (fins a 20 punts).
- Organització i mitjans de subministrament (fins a 21 punts).



8.2. Millores addicionals: ..... 9 punts

- Disponibilitat i assessoria tècnica post-venda de la casa comercial, de manera telefònica o si s'escau per presència física de l'especialista de producte (fins a 3 punts).
- Que es contempli la possibilitat de substitució, d'aquells kits que no compleixin els requeriments de qualitat a criteri de la unitat tècnica que els processa i en un termini màxim d'una setmana (fins a 3 punts).
- En cas de que hi hagi per part de la casa comercial una substitució d'aquest producte, per millora, s'haurà de notificar aquesta millora amb un mínim d'un mes d'antelació de la substitució i subministrar sense càrrec reactius per un Run de comprovació (fins a 3 punts).

Barcelona, 14 de juny de 2018.

**ÒRGAN DE CONTRACACIÓ.**  
**Dr. Joan X. Comella Carnicé**  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR)