

**L'INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'UN MULTILECTOR DE PLAQUES PER ABSORBÀNCIA I FLUORESCÈNCIA PER LA UNITAT DE SERVEIS GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR).**

**2019-026 MULTILECTOR DE PLAQUES**

En data 29 de Maig de 2019 s'ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases del concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de licitació relatiu al ***“subministrament d'un equip multilector de plaques d'absorbància i fluorescència per la sala d'aparells comuns de l'edifici Mediterrània de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR)”***.

La licitació objecte d'aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 26 d'abril de 2019, i la data màxima per a la presentació d'ofertes segons els terminis mínims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va finalitzar el passat 13 de maig de 2019.

Tal i com es va fer constar en l'Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d'Obertura del Sobre Núm.1 de data 15 de maig de 2019, la documentació presentada no contenia defectes esmenables,

El 20 de maig de 2019, va procedir-se a la realització de l'obertura del sobres amb les ofertes avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l'Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d'Obertura del Sobre Núm.2

Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s'ha anat reproduint tenint en compte les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, d'acord amb el quadre de puntuacions següent:

**Oferta tècnica: ..... MÀXIM 50 PUNTS**

- **Memòria tècnica i organització: ..... 40 punts**
  - Memòria d'especificacions tècniques de l'equip a subministrar, garantint el compliment dels requisits tècnics exigits en el present plec.
  - Organització i mitjans de subministrament.



- **Milliores addicionals: ..... 10 punts**
  - Manual d'usuari en castellà o català, tant del funcionament com del processament de l'equip. (fins a 1 punt).
  - Ampliació de la garantia per cada un dels elements que formen l'equip objecte de subministrament, partint de la base que s'ha establert un termini mínim de garantia de dos (2) anys. (fins a 4 punts).
  - Suport tècnic immediat per consultes i/o resolucions d'incidències a nivell telefònic i un màxim de 24 hores presencialment. (fins a 3 punts).
  - Realització de formacions periòdiques al personal investigador (cada 2 anys) (fins a 2 punts).

Exposat l'anterior, s'indica a continuació la puntuació que s'ha assolit per cada sub-apartat:

**Característiques qualitatives i tècniques del subministrament: ..... 40 punts**

<b>CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES I TÈCNiques</b>	<b>ATTENDBIO RESEARCH</b>	<b>IZASA SCIENTIFIC</b>	<b>PERKINELMER ESPAÑA</b>	<b>SG SERVICIOS HOSPITALARIOS</b>	<b>LIFE TECHNOLOGIES</b>	<b>TECAN IBERICA</b>
Memòria amb les especificacions tècniques dels elements a subministrar.	40	26	32,5	28,5	37,5	39
Organització i mitjans de subministrament. (màx. 40 punts).						
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>32,5</b>	<b>28,5</b>	<b>37,5</b>	<b>39</b>

**Justificació de les valoracions:**

L'empresa **ATTENDBIO RESEARCH** rep la valoració màxima ja que detalla tots els punts demanats al Plec de Prescripcions tècniques amb idoneïtat, coherència i claredat complint amb tots les requisits demanats. Es valora que ofereixen un manteniment correctiu durant el període de garantia

L'empresa **IZASA SCIENTIFIC** no rep la valoració màxima de punts ja que no compleix amb els requisits tècnics que es demanen en el Plec de Prescripcions tècniques. S'han restat punts per no oferir un filtre monocromador que permeti seleccionar l'amplitud de longitud d'ona demanada i per no fer referència a totes les especificacions tècniques del plec. Es valora que ofereixen un manteniment correctiu durant el període de garantia. Per fer aquesta valoració només s'ha tingut en compte la oferta Base, no la Variant. 2



L'empresa **PERKIN ELMER ESPAÑA** no rep la valoració màxima de punts ja que no compleix amb els requisits tècnics que es demanen en el Plec de Prescripcions tècniques. S'han restat punts per no oferir un filtre monocromador que permeti seleccionar l'amplitud de longitud d'ona demanada. Es valora que ofereixen un manteniment correctiu durant el període de garantia

L'empresa **SG SERVICIOS HOSPITALARIOS** no rep la valoració màxima de punts ja que no compleix amb els requisits tècnics que es demanen en el Plec de Prescripcions tècniques. S'han restat punts per no oferir un filtre monocromador que permeti seleccionar l'amplitud de longitud d'ona demanada i per oferir només un manteniment de l'equip per defectes de fàbrica, no un manteniment correctiu en període de garantia.

L'empresa **LIFE TECHNOLOGIES** no rep la valoració màxima de punts ja que no compleix amb tots els requisits tècnics que es demanen en el Plec de Prescripcions tècniques. S'han restat punts per no detallar l'apartat d'Organització i mitjans de subministrament. Es valora que ofereixen un manteniment correctiu durant el període de garantia

L'empresa **TECAN** no rep la valoració màxima de punts. Tot i que compleix amb els requisits tècnics que es demanen en el Plec de Prescripcions tècniques s'han restat punts per oferir només un manteniment de l'equip per defectes de fàbrica, no un manteniment correctiu en període de garantia.

**Millores Addicionals ..... 10 punts**

<b>MILLORES ADDICIONALS</b>	<b>ATTENDBIO RESEARCH</b>	<b>IZASA SCIENTIFIC</b>	<b>PERKINELMER ESPAÑA</b>	<b>SG SERVICIOS HOSPITALARIOS</b>	<b>LIFE TECHNOLOGIES</b>	<b>TECAN IBERICA</b>
Manual d'usuari en castellà o català, tant del funcionament com del processament de l'equip <b>(màx. 1 punt)</b>	1	1	1	0	1	1
Ampliació de la garantia per cada un dels elements que formen l'equip objecte de subministrament, partint de la base que s'ha establert un termini mínim de garantia de dos (2) anys <b>(màx. 4 punts)</b>	2	3	3	3	4	4
Suport tècnic immediat per consultes i/o resolucions d'incidències a nivell telefònic i un màxim de 24 hores presencialment <b>(màx. 3 punts)</b>	3	3	1	3	3	3
Realització de formacions periòdiques al personal investigador (cada 2 anys) <b>(màx. 2 punts)</b>	2	2	1	2	0	2
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>



### Justificació de les valoracions:

L'empresa **ATTENBIO RESEARCH** no rep la valoració màxima de punts ja que no compleix amb totes les millores proposades. Tot i oferir 10 anys de garantia d'una peça de l'equip no amplien la garantia de l'equip més dels dos anys establerts al Plec de Prescripcions tècniques.

L'empresa **IZASA SCIENTIFIC** no rep la valoració màxima de punts ja que, tot i complir amb totes les millores proposades hi ha altres empreses que ofereixen una ampliació de garantia major.

L'empresa **PERKIN ELMER ESPAÑA** no rep la valoració màxima de punts ja que no compleix amb totes les millores proposades. S'han restat punts perquè no assegurin un suport tècnic en menys de les 24 hores demanades, per oferir formació als usuaris només els primers quatre anys i perquè hi ha altres empreses que ofereixen una ampliació de garantia major.

L'empresa **SG SERVICIOS HOSPITALARIOS** no rep la valoració màxima de punts ja que no compleix amb totes les millores proposades. S'han restat punts per no oferir el manual d'usuari de l'equip en català/castellà i perquè hi ha altres empreses que ofereixen una ampliació de garantia major.

L'empresa **LIFE TECHNOLOGIES** no rep la valoració màxima de punts ja que no compleix amb totes les millores proposades. S'han restat punts per no detallar l'apartat de Formació.

L'empresa **TECAN** rep la valoració màxima de punts per complir amb totes les millores proposades.



A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes tècniques, el qual s'acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada tingui lloc l'obertura pública del sobre nº 3, que serà el proper 30 de maig de 2019 a les 9:00 hores, a la Sala de Reunions de la 2ª Planta de l'Edifici Mediterrània, tal i com s'anuncia a les bases de la present licitació publicades a la web del VHIR.

<b>QUADRE DE PUNTUACIONS</b>							
Ofertes presentades:	Oferta econòmica			50%	40%	10%	
	BI	IVA	TOTAL	Valor. Econòmica.	Aspectes Tècnics	Millores	TOTAL
ATTENDBIO RESEARCH					40	8	48
IZASA SCIENTIFIC					26	9	35
PERKINELMER ESPAÑA					32,5	6	38,5
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS					28,5	8	36,5
TECAN IBERICA INSTRUMENTACIÓN					39	10	49
LIFE TECHNOLOGIES					37,5	8	45,5

Barcelona, 29 de Maig de 2019.

**Sr. Isaac Rodríguez García**  
Cap de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures  
Fundació Hospital Universitari  
Vall d'Hebron – Institut de Recerca (VHIR)