

EL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS EVALUABLES MEDIANTE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SECUENCIACIÓN MASIVA DE GENOMAS BACTERIANOS DESTINADO AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MICROBIOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON -INSTITUT DE RECERCA (VHIR).

2019-038- REACTIVOS SECUENCIACIÓN (PI18/00954)

En fecha 11 de julio de 2019 se ha procedido a valorar, según los criterios establecidos en las bases del concurso, las ofertas presentadas por las empresas participantes en el presente proceso de licitación relativo al "suministro de reactivos para secuenciación masiva de genomas bacterianos destinado al Grupo de Investigación en Microbiología de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)".

La licitación objeto de esta acta, fue publicada en el perfil del contratante de nuestra web en fecha 7 de junio de 2019, y la fecha máxima para la presentación de ofertas según los plazos mínimos que contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, finalizó el pasado 26 de junio de 2019.

Tal como se hizo constar en el Acta de Constitución de la Mesa de Contratación y de Apertura del Sobre N°1 de fecha 28 de junio de 2019, la documentación presentada no contenía defectos subsanables,

El 3 de julio de 2019, procedió a la realización de la apertura de los sobres con las ofertas evaluables mediante criterios sujetos a juicio de valor, tal como se hizo constar en el Acta de Constitución de la Mesa de contratación y de Apertura del Sobre N°2

A continuación, se detalla la puntuación y motivación de las ofertas, que se ha ido reproduciendo teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de acuerdo con el cuadro de puntuaciones siguiente:

Oferta técnica: MÁXIMO 50 PUNTOS

- Memoria técnica del suministro.....41 puntos
 - Especificaciones técnicas de los elementos a suministrar.
 - Organización y medios de suministro.



- Mejoras adicionales9 puntos
 - Disponibilidad y asesoría técnica puesto-venta de la casa comercial, de manera telefónica o si se tercia por presencia física del especialista de producto (hasta 3 puntos).
 - Que se contemple la posibilidad de sustitución, de aquellos productos que no cumplan los requerimientos de calidad a criterio de la unidad técnica que los procese y en un plazo máximo de una semana (hasta 3 puntos).
 - En caso de que haya por parte de la casa comercial una sustitución de este producto, por mejora, se tendrá que notificar esta mejora con un mínimo de un mes de antelación de la sustitución y suministrar sin cargo reactivos por un Run de comprobación (hasta 3 puntos).


Expuesto lo anterior, se indica a continuación la puntuación que se ha logrado por cada sub-apartado:

Características cualitativas y técnicas del suministro: 41 puntos

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS	ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U
Memoria con las especificaciones técnicas de los elementos a suministrar. Organización y medios de suministro. (máx. 41 puntos).	41
PUNTUACIÓN TOTAL	41

Justificación de las valoraciones

El kit de adaptadores es compatible con el kit de preparación de librerías (producto 3), permite la identificación de hasta 96 muestras independientes por combinación de dos secuencias de 8 pares de bases y es compatible con el sistema MiSeq. El cartucho de secuenciación es compatible con el instrumento MiSeq y permite la incorporación de hasta 2 x 300 nucleótidos y la obtención de 25 millones de lecturas por la química de secuenciación por síntesis. El kit de preparación de librerías permite preparar librerías rápidamente (3.5h) a partir de ADN genómico, está basado en fragmentación enzimática por transposase Nextera unida a una bola magnética es compatible con cualquier tipo de ADN genómico, permite comenzar tanto con entre 1 y 500 ng de ADN genómico como con sangre, saliva o colonia bacteriana directa y es compatible con el sistema MiSeq permitiendo la preparación de 96 muestras. Por todo lo expuesto se demuestra que todos los productos ofertados se ajustan estrictamente a los requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas y por tanto merecen la máxima puntuación.



Mejoras Adicionales **9**
puntos

MEJORAS ADICIONALES	ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U
Disponibilidad y asesoría técnica puesto-venta de la casa comercial, de manera telefónica o si se tercia por presencia física del especialista de producto (máx. 3 puntos)	3
Que se contemple la posibilidad de sustitución, de aquellos productos que no cumplan los requerimientos de calidad a criterio de la unidad técnica que los procese y en un plazo máximo de una semana (máx. 3 puntos).	3
En caso de que haya por parte de la casa comercial una sustitución de este producto, por mejora, se tendrá que notificar esta mejora con un mínimo de un mes de antelación de la sustitución y suministrar sin cargo reactivos por un Run de comprobación (máx. 3 puntos).	3
PUNTUACIÓN TOTAL	9

Justificación de las valoraciones:

Se proporciona soporte técnico para optimización de aplicaciones y solución de problemas mediante teléfono o e-mail en formato 8 x 5 y en caso de no poder solucionarse la consulta telefónicamente o por e-mail, se dispone de especialistas de producto que pueden proporcionar soporte in-situ. Se ofrece a la sustitución sin cargo de los productos suministrados en un plazo no superior a una semana, en caso de que por cualquier circunstancia los kits no cumplan los estrictos requerimientos de calidad de Illumina. Si Illumina lanza al mercado un producto para la misma aplicación pero con mejoras técnicas Se ofrece la posibilidad de suministrará sin cargo un kit del nuevo producto para su validación por el propio laboratorí. Por todo lo expuesto se valora con la puntuación máxima las mejoras adicionales aportadas por el proveedor.



A continuació, se detalla el cuadro de puntuaciones con respecto a las ofertas técnicas, que se acabará de completar con la parte económica presentada por cada empresa, una vez tenga lugar la apertura pública del sobre nº 3, que será el próximo 15 de julio de 2019 a las 9:00 horas en la Sala de Reuniones de la 2ª Planta del Edifici Mediterrània, tal y como se anuncia en las bases de la presente licitación publicadas en la web del VHIR.

CUADRO DE PUNTUACIONES							
Ofertas presentadas:	Oferta Económica			50%	41%	9%	
	BI	IVA	TOTAL	Valor. Económica	Aspectos Técnicos	Mejoras	TOTAL
ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U					41	9	

Barcelona, 11 de julio de 2019.

Dra. María Nieves Larrosa Escartín
IP
Fundació Hospital Universitari
Vall d'Hebron – Institut de Recerca (VHIR)