

ESMENA A L'ANUNCI DE LICITACIÓ - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques - QUE CONSTA EN LA PÀGINA WEB PERFIL DEL CONTRACTANT PEL SERVEI DE QUALIFICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE FILTRES DE LES VITRINES D'ASPIRACIÓ DE GASOS, CABINES DE FLUX LAMINAR I CABINES DE SEGURETAT BIOLÒGICA PER SERVEIS GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR).

2020-016 SERVEI DE VALIDACIÓ DE CABINES

- I. Que, davant les consultes d'algunes empreses interessades, s'ha advertit en un dels extrems de l'anunci de licitació – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques, la necessitat de descriure de manera més detallada el desglossament del pressupost màxim de licitació per a cadascun dels conceptes, per tal d'evitar interpretacions errònies del mateix i per garantir la correcta consecució del servei.
- II. Que, mitjançant el present document, es procedeix a deixar constància de l'esmentada aclaració i a complementar l'anunci de licitació – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques - que consta en la pàgina Web de la Fundació en el sentit d'addicionar i matisar el mateix procedint a consignar el present epígraf:

Aclariment del pressupost pel concepte 1: *Qualificació les cabines del VHIR i subministrament i substitució dels filtres de carbó actiu de les cabines i vitrines d'aspiració.*

S'estableix un preu unitari per la substitució dels filtres de carbó actiu de les vitrines d'aspiració de 140 euros per vitrina. Aquest preu és aplicable a les 39 VA que estan indicades a la clàusula 5 i fan un pressupost de 5.460 euros.


El pressupost destinat a fer la validació de tots els equips objecte d'aquest PPT (VA, CSB, CFL) és de 4.040 euros i està inclòs en el concepte 1.

Aclariment del pressupost del concepte 2: *Subministrament i substitució de filtres absoluts de les cabines de seguretat biològica de totes les unitats del VHIR que així ho requereixin i posterior validació*

Aquest concepte el preu establert de 400 euros per cabina és de CSB/CFL. S'estima una quantitat màxima anual de canvis de 17 cabines en funció dels resultats de la validació prèvia tal com indica el PPT.

La validació d'aquestes CSB i CFL està inclosa en el Concepte 1

En els dos casos el concepte apareix com "subministrament i substitució de filtre" ja que inclou tant la compra com la instal·lació del filtre.



- III. S'acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles empreses i persones que hagin tingut accés i s'hagin descarregat el Plec de Condicions Tècniques i Plec de Condicions Particulars d'aquest Procediment l'esmentada rectificació, als efectes pertinents.

Barcelona a 20 de maig de 2020.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.

Dr. Joan X. Comella Carnicé

Director

Fundació Hospital Universitari Vall Hebrón – Institut de Recerca (VHIR).