




*Fundació Hospital Universitari Vall
Hebron - Institut de Recerca (VHIR)*

NÚM. EXPEDIENT: 2020-036 MANT. ESTERILIZADORS I ALTRE EQ. (LAS)

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT**

**SERVEI DE MANTENIMENT D'ESTERILITZADOR I ALTRE EQUIPAMENT UBICAT AL
VHIR: SERVEIS GENERALS (SG), LABORATORY ANIMAL SERVICE (LAS) I UNITAT
DE CIRURGIA EXPERIMENTAL (ESU) DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI
VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).**



Clàusula 1ª. Objecte de la licitació.

L'objecte del present plec és la contractació d'un servei de manteniment a tot risc – pel manteniment preventiu programat i de reparació per les màquines ubicades a diferents espais de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron – Institut de Recerca.

Manteniment tot risc, inclou tota la mà d'obra que necessiten els equips tant per al manteniment preventiu com per al manteniment correctiu, i inclou a més les peces que s'hagin de substituir.

A més el manteniment tècnic legal, inclou la mà d'obres, desplaçaments i dietes dels tècnics la empresa i dels tècnics de l'entitat de control (OCA), si escau, per realitzar totes les inspeccions periòdiques (Nivell A, Nivell B i Nivell C) que necessiten els recipients a pressió dels esterilitzadors de vapor de la marca Matachana (càmera i generador vapor) segons el Reglament d'Equips a pressió.

Equips subjectes al present contracte de manteniment preventiu programat i de reparació a tot risc:

Serveis Generals

- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l'Edifici Mediterrània, planta baixa
- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l'Edifici Collserola, planta baixa

LAS: Ubicats a l'Edifici Cellex, plantes -2 i -1

- Rentadora desinfectadora
- 2 Esterilitzador a vapor
- SAS Cabina
- Soldadora Bosses

ESU


- Rentadora desinfectadora. Ubicat a l'Edifici Mediterrània, planta baixa

*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la contractació, i durant tota la vigència del contracte.

Clàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació i valor estimat

En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no coincideixen.

El pressupost total màxim, relatiu als 2 anys inicials del contracte, s'estableix en **“QUARANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS” (43.820,00€)**, al qual, si se li suma l'import de **“NOU-MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS” (9.202,20€)** corresponent a l'IVA, suma un total de **“CINQUANTA-TRES MIL VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS” (53.022,20€)**.




Així doncs, el **pressupost màxim anual** de la present licitació es diferenciarà de forma anual, per als quatre anys, de la següent manera:

DADES DELS EQUIPS			PREU MANTENIMENT A TOT RISC I TECNIC LEGAL			
Ubicació	Equip/Model	Nº Sèrie	PREU 1ER ANY	PREU 2N ANY	PREU 3ER ANY	PREU 4RT ANY
VHIR Ed. Mediterrania	ESTERILITZADOR A VAPOR 1006 V-1	E-019793	3.140€	3.817€	3.266€	3.332€
VHIR Ed. Mediterrania	LAVADORA MOD. 1400 UP	L-000458	1.265€	1.290€	1.316€	1.342€
VHIR Ed. Collserola	ESTERILITZADOR A VAPOR 1006 E-1	E-026337	3.584€	3.656€	5.219€	3.804€
VHIR Ed. Cellex	ESTERILITZADOR A VAPOR 1008 E-2	E-028729	5.090€	3.672€	3.745€	4.465€
VHIR Ed. Cellex	ESTERILITZADOR A VAPOR 1008 E-2	E-028730	5.090€	3.672€	3.745€	4.465€
VHIR Ed. Cellex	LAVADORA DESINFECTADORA LAB 610	1405710LL081	1.305€	1.331€	1.357€	1.384€
VHIR Ed. Cellex	SAS CABINA 5445L H202	E-028663	3.163€	3.226€	3.290€	3.356€
VHIR Ed. Cellex	SOLDADORA DE BOLSAS HD 650 DE	M-001525	257€	262€	267€	273€
TOTAL			22.894€	20.926€	22.205€	22.421€

Aquests preus podran ser millorats pel licitador en la seva oferta econòmica-Sobre C.

Atesa la periodicitat precisada per cada aparell i equip, i els preus unitaris establerts per a això, s'estableix que els pressupostos anuals del servei de calibratge, en cas de pròrroga per al tercer i quart any, en cas de pròrroga (2+1+1), són:

- el pressupost anual de ***per al tercer any***, serà com a màxim de **VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS CINC EUROS (22.205,00 €)** (IVA no inclòs).
- el pressupost anual de ***per al quart any***, serà com a màxim de **VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS (22.421,00 €)** (IVA no inclòs).



Finalment, el **VALOR ESTIMAT** s'estableix en “**NORANTA-SET MIL DOS-CENTS DEU EUROS**” (97.210,00 €), al qual, si se li suma l'import de “**VINT MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS**” (20.414,10 €) corresponent a l'IVA, suma un total de “**CENT-DISSET MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS**” (117.624,10€).

Concepte	Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació total	43.820,00 euros
Possibles modificacions	8.764,00 euros
Possibles pròrrogues	44.626,00 euros
Total	97.210,00 euros

Import establert per modificacions:

S'estableix d'acord a l'article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a l'alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació donat que sorgeixi la possibilitat de l'augment del servei necessari a petició del VHIR. Import que serà retribuit a l'empresa de la mateixa manera i sota les mateixes condicions que regules el present plec, prèvia presentació per part de l'adjudicatari de la factura.

Clàusula 3ª. Durada del contracte.

El servei objecte del contracte tindrà una duració inicial de **dos (2) anys**, amb possibilitat de prorrogar la prestació del servei per **un (1) any i un (1) altre any** addicional, amb un total de **4 anys com a màxim (2+1+1)**.


En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l'entitat contractant, serà obligatòria pel contractista, d'acord amb el que estableix l'article 29 de la LCSP.

El servei començarà a partir de la data que s'estableixi en la formalització del contracte.

Clàusula 4ª. Facturació i forma de pagament.

El contractista facturarà la prestació del servei a través de la seva factura corresponent, les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: factures@vhir.org.

Cada factura emesa haurà de detallar el període al que correspon la mateixa, el **desglossament/descripció de les despeses per concepte**, així com indicar les referències “**LICI-2020-036**”.



El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència bancària, amb venciment 30 dies / data factura.

L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis una vegada aquests s'hagin realitzat de manera parcial o total i una vegada entrada la factura al seu registre. D'acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de la totalitat del preu del contracte.

En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte.

Clàusula 5ª. Característiques tècniques del servei.

La Fundació Hospital Universitari Vall Hebrón – Institut de Recerca (VHIR) precisa de la contractació d'un servei Manteniment tot risc, inclou tota la mà d'obra que necessiten els equips tant per al manteniment preventiu com per al manteniment correctiu, i inclou a més les peces que s'hagin de substituir.


A demés el manteniment tècnic legal, inclou la mà d'obres, desplaçaments i dietes dels tècnics la empresa i dels tècnics de l'entitat de control (OCA), si escau, per realitzar totes les inspeccions periòdiques (Nivell A, Nivell B i Nivell C) que necessiten els recipients a pressió dels esterilitzadors de vapor de la marca Matachana (càmera i generador vapor) segons el Reglament d'Equips a pressió. Les inspeccions de nivell A

Els equips són de la següent tipologia:

Serveis Generals:

- **Esterilitzador a vapor. Ubicat a l'Edifici Mediterrània.**
Marca: Matachana
Model: 1006 V-1
Característiques: 1 porta. Sense generador de Vapor.
Numero de sèrie: E-019793
Numero inventari: 1063021
Ubicació: Sala Neteja 008, planta baixa Ed. Mediterrània
Any adquisició: 2005

- **Esterilitzador a vapor. Ubicat a l'Edifici Collserola.**
Marca: Matachana
Model: 1006 E-1
Característiques: 1 porta. Amb generador de Vapor.
Numero de sèrie: E-026337
Numero inventari: 1090342
Ubicació: Sala Neteja 004, planta baixa Ed. Collserola
Any adquisició: 2010



LAS: Ubicats a l'Edifici Cellex, plantes -2 i -1. Any d'adquisició 2015

• **Rentadora desinfectadora de laboratori LAB 610, 1 porta. Steelco**

La lavadora de la cristalería de laboratorio del SL del LABORATORIO 610 de Steelco es un modelo de Puerta corredera vertical, con secado de aire forzado HEPA-filtrada y hasta tres niveles de lavado/secado en cuatro posiciones disponibles. Esta máquina se puede utilizar para limpiar botelles grandes (20, 50,60Lt).

El sistema de secado de aire forzado filtrado con el ajuste del tiempo y de temperatura, ayuda a asegurar un secado completo, interior y exterior, de toda la cristalería.

De carga frontal, con secador de aire caliente

Capacidad 250L

Dimensiones:

- Anchura mm 650
- Profundidad mm 687
- Altura mm 1840

• **2 Esterilizador a vapor 1008E-2/I, 2 portes. Matachana**


Modelos	1004 E-1 1004 V-1	1004 E-2 1004 V-2	1006 E-1 1006 V-1	1006 E-2 1006 V-2	1008 E-1 1008 V-1	1008 E-2 1008 V-2	1010 E-1 1010 V-1	1010 E-2 1010 V-2	1012 E-1 1012 V-1	1012 E-2 1012 V-2
Especificaciones técnicas	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas	1 puerta	2 puertas
Dimensiones totales (mm)										
Ancho	1710 **	1710 **	996	996	996	996	996	996	996	996
Alto	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954
Profundo	958	977	1314	1336	1614	1636	2054	2076	2313	2338
Dimensiones cámara (mm)										
Ancho	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Alto	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Profundo	625	638	998	996	1265	1296	1735	1733	2000	1998
Potencia (kW) *										
CON generador (E)	33	33	39	39	51	51	63	63	63	63
SIN generador (V)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Módulos de esterilización (M. E.)	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Volumen cámara (litros)	279	285	445	445	565	578	774	773	893	892

(*) La S1000 dispone de versión con generador de vapor integrado y versión sin generador para ser conectado a una fuente de vapor externa.
(**) Este valor incluye la zona técnica que se precisa para el mantenimiento.

• **SAS Cabina 5445 L H2O2**

Los SAS MATACHANA están caracterizados por una cámara de sección rectangular y dos puertas. Las puertas son de apertura manual y disponen de bloqueo neumático. Asimismo incorporan finales de carrera que indican si las mismas están abiertas o cerradas.

Los SAS están controlados por un autómata programable, provisto de entradas y salidas, en el que se centraliza todo el control del SAS. También están dotados de los elementos adecuados de visualización que permiten al operario o técnico de mantenimiento recibir información sobre el estado del equipo.



Están provistos de programas de desinfección mediante la nebulización de un producto químico desinfectante.

a) Características eléctricas

Tensión: 230 V Monofásico II + Tierra

Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz según modelo (consulte la etiqueta de características eléctricas del equipo).

Potencia: Según modelo, consulte la etiqueta de características eléctricas del equipo.

Conexión: Bornes de caja mediante cable unifilar o multifilar de hasta 6 mm².

Protecciones: Interruptor Automático TC1 e interruptor diferencial ID1. Consulte el esquema de cableado del equipo.

Grado de polución: 2

Categoría de Instalación: II

Clase de protección: 1

Grado de protección: IP20

Potencia acústica: < 70 dB(A)

b) Condiciones ambientales de servicio

Temperatura ambiente: 0-50°C

Humedad relativa del aire: < 95 % sin condensaciones

Presión atmosférica: 800 < P < 1080 mbar

Compatibilidad Electromagnética: Emisión conforme a 50081, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3

Inmunidad conforme a EN 61000-6-2

c) Lámparas germicidas

Potencia lámparas germicidas: 8 X 36 W

Potencia germicida 254 nanómetros: 8 X 13 W

d) Datos del fabricante y Servicio Técnico Central

Oficinas Centrales: ANTONIO MATACHANA S.A.

Dirección: c/ Almogàvers 174


E-08018 Barcelona

España

• **Soldadora Bosses Matachana HD650 DE**

Soldadora de Sellado en continuo de bolsas tipo plástico o plástico-papel, de accionamiento automático. Selección automática de tiempos de sellado y enfriamiento. Tecnología GreenTek: apagado automático del movimiento de rotación si no se sellan bolsas continuamente mediante fotocélula. Carcasa de acero pintado. Sin impresora. No validable. Display LED de 7 segmentos.

- Dimensiones: 550 x 250 x 150 mm
- Ancho máximo soldadura: 12 mm
- Temperatura sellado regulable: 0 a 220°C
- Velocidad de paso: 6,5 m/min
- Tensión monofásica: 220-240 V/ 50-60 Hz
- Potencia: 390 W
- Peso neto: 15 Kg



ESU

- Rentadora desinfectadora de laboratori. Ubicat a l'Edifici Mediterrània, planta baixa
Rentadora desinfectadora Lancer 1400UP. Any d'adquisició 2002

La gama UP es una gama de lavadora-secadora concebida especialmente por LANCER para asegurar el lavado y el secado de la cristalería, material de laboratorio de química, bacteriología, virología, análisis ...


Volumen de carga: 2 bandejas de 41 biberones = 82 biberones/ciclo y 2 bandejas para tetinas = Cantidad indeterminada.

- Dimensions: 32 x 32 x 59 in
- Interior Chamber Dimensions 25 x 25 x 30 in
- Weight: 250 lbs
- Water Consumption 20-25L (5.2 to 6.6 gal per fill)
- Power: 13.5 kW, 480V, 60Hz, 17Amp
- Noise Level <63 dBa
- Cold Water Press 200-600 KPa
- Warm Water Press 200-600 KPa 50°C Max
- Demi-Water Press 200-600 KPa

5.1 Característiques tècniques del Servei de Manteniment

El Servei ha d'incloure la revisió preventiva anual dels equips. Les revisions de Manteniment Preventiu consistiran en:

- L'adjudicatari s'ha de comprometre a realitzar **2 visites de manteniment preventiu anual** a tots els equips objecte d'aquesta licitació. Al final de la revisió l'empresa adjudicatària ha de facilitar una etiqueta adhesiva per equip on constin les dades de l'equip, la data de realització del manteniment preventiu i la data de la propera revisió. Les dates concretes de les visites es coordinaran entre l'empresa adjudicatària i la persona que designi el responsable del contracte.
- S'ha d'incloure totes les despeses de mà d'obra, desplaçament del tècnic especialista i peces.
- La visita de manteniment preventiu es pactarà amb suficient antelació per no comprometre la utilització dels equips per part del personal d'estabulari, investigador i el tècnic deixarà l'equip en perfecte estat per començar a treballar un cop finalitzi la revisió. Si aquesta visita s'allargués més d'un dia laborable es considerarà una sola visita.
- Un cop acabada la revisió el tècnic entregarà un informe final detallant l'actuació feta a cada equip especificant el tipus d'equip, el número de inventari i la ubicació.



- En cas que el servei tècnic vingui de fora de Catalunya, no es pagarà ni l'allotjament ni el mitjà de transport del tècnic en la seva visita.
- El manteniment preventiu dels equips es realitza a través de operacions periòdiques necessàries pel correcte funcionament dels mateixos:
 - o Numero de visites mínimes programades/preventives anuals per família d'aparells:
 - Esterilització: 2 visites
 - Rentat: 2 visites
 - Maq. Aux: 2 visites

El Servei ha d'incloure les reparacions motivades per averia dels equips

- El servei comprendrà el cost del temps emprat pels tècnics de la empresa i el de les peces que es substitueixin.
- Caldrà oferir un servei tècnic davant una situació d'avís d'averia el més breu possible.
- El període màxim establert serà de 2-3 dies laborals des del moment en què l'Oficina d'Atenció al Client registra la trucada.

Exclusions:

- Averies en els equips ocasionades per el mal ús o negligència.
- Per averia, destrucció total o parcial dels equips a conseqüència d'incendis, inundacions, cops, caigudes o qualsevol altre tipus de sinistre.
- Les instal·lacions auxiliars o complementaries a els equips, como poden ser lines elèctriques d'alimentació, canonades de vapor, aigua, i quadres elèctrics no inclosos a la maquinaria.

El Servei ha d'incloure les Inspeccions segons Reglament de Equips de Pressió (RD2060/2008) i les Instruccions tècniques complementaries (ITC-EP) corresponents.

Inspecció de nivell A, en servei (a realitzar i certificar per empresa instal·ladora EIP-2)


- o Comprovació de la documentació dels equips a pressió
- o Inspecció visual de totes les parts sotmeses a pressió, accessoris de seguretat, dispositius de control i condicions reglamentàries.
- o Emissió en dos exemplars de l'Certificat d'inspecció corresponent

Inspecció de nivell B, fora de servei (a realitzar per empresa instal·ladora EIP-2 i certificar per organisme de control de control autoritzat OCA)

- o Consistirà com a mínim en una comprovació de nivell A i en una inspecció visual de totes les zones sotmeses a majors esforços i a major corrosió.
- o Obtenció de l'Certificat, per duplicat, emès per l'OCA
- o Enregistrament en 1 placa corresponent de la data i tipus d'Inspecció realitzada

Inspecció de nivell C, fora de servei (a realitzar per empresa instal·ladora EIP-2 i certificar per organisme de control de control autoritzat OCA)

- o Consistirà com a mínim en una inspecció de nivell B



- Realització de prova hidrostàtica a les condicions i pressions iguals a les de la primera prova.
- Obtenció de l'Certificat, per duplicat, emès per l'OCA
- Enregistrament a la placa corresponent de la data i tipus d'inspecció realitzada

Periodicitat de les Inspeccions

La periodicitat de les inspeccions ve indicada en el Reglament d'Equips a Pressió per als recipients a pressió (càmeres, digestors, acumuladors, etc) i per als equips sotmesos a acció de flama o aportació calorífica (generadors i calderes de vapor).

A continuació, detallem la periodicitat per a cada equip, segons la classificació a la qual es veuen sotmesos per la seva PxV i fluid contingut.

Càmeres esterilitzadores, digestors, acumuladors: inspecció nivell A, cada 3 anys; Inspecció nivell B, cada 6 anys; inspecció nivell C, cada 12 anys.


Generadors, calderes de vapor: Inspecció nivell A, cada any; Inspecció nivell B, cada 3 anys; inspecció nivell C, cada 6 anys.

Clàusula 6ª. Requisits obligatoris.

- Que l'empresa adjudicatària sigui un representant autoritzat pel fabricant i utilitzi peces originals en totes les intervencions. S'ha de presentar o bé Certificat emès pel fabricant o bé Declaració responsable signada pel licitador en el **Sobre 1 –DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.**

Clàusula 7ª. Responsable del contracte.

Els responsables del contracte son els Caps de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures, del Laboratory Animal Service (LAS) i de la Unitat de Cirurgia Experimental (ESU) del VHIR, a qui els correspondrà bàsicament, entre d'altres, les funcions de gestió i supervisió del servei contractat, conformar la facturació que emeti el servei; seguiment, control i dictat de les instruccions necessàries per la bona execució del contracte; determinar si la prestació realitzada s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i recepció del contracte a la seva finalització, i donar compliment a les obligacions assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron – Institut de Recerca (VHIR) en aquest contracte.



Clàusula 8ª. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat Intel·lectual i Industrial.

Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l'empresa que resulti adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, haurà de fer extensives als empleats que adscriuï al servei, les obligacions contingudes i assumides per l'empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement.


S'entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim establert en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d'aplicació i per a la seva explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d'explotació, tots els drets, inclosos els d'explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, procediment, idea, tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca desenvolupada per l'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació (en endavant, "Propietat Intel·lectual i/o Industrial"), i que derivin directa o indirectament de la relació entre VHIR i l'empresa adjudicatària pel contracte que es derivi del present procediment de licitació.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació s'obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del contracte que es derivi del present procediment de licitació.

En el supòsit de que l'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat intel·lectual o industrial, s'entendrà que l'esmentat descobriment o desenvolupament constitueix informació confidencial del VHIR.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació s'obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure discreció del VHIR, per a permetre l'acreditació de la titularitat del VHIR o l'adequada protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o de qualsevol tercer designat per aquest.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.



Clàusula 9ª. Criteris d'adjudicació

Els criteris que a continuació s'indiquen, s'avaluaran mitjançant judicis de valor. La valoració es farà per comparació de les ofertes presentades. Es donarà més puntuació a la oferta que s'ajusti millor al demanat en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta d'ofertes es puntuaran proporcionalment per comparació. No es valorarà informació no rellevant.

Característiques qualitatives i tècniques del servei.....MÀXIM 50 PUNTS.

9.1. Memòria tècnica i organització: 40 punts

- Proposta organitzativa, amb tasques a desenvolupar per les revisions de manteniment preventiu anual de l'equipament objecte d'aquest plec garantint el funcionament òptim dels equips

9.2. Millores addicionals: 10 punts

- Realització de formacions anuals al personal d'estabulari sobre bones pràctiques en l'ús dels equips. Descripció del pla de formació proposat (4 punts)
- Que l'empresa adjudicatària tingui més de deu anys d'experiència demostrable en manteniment, reparació i calibració dels equipaments. Acreditar aquesta experiència amb referències. (3 punts)
- Increment de les visites preventives a 3 anuals (3 punts)

Barcelona, 2 de juny de 2020.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.

Dr. Joan X. Comella Carnicé

Director

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR)