




Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

NÚM. EXPEDIENT: 2020-067 SERV. MANTENIMENT FLUOROSCOPI

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT**

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU (Protección Plus) DEL FLUOROSCOPI “BV PULSERA, MOBILE X-RAY UNIT R.2.3” SITUAT A LA EXPERIMENTAL SURGERY UNIT (ESU) DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).



Clàusula 1ª. Objecte de la licitació.

L'objecte de la present licitació és la contractació d'un manteniment preventiu i correctiu del Fluoroscopi BV PULSERA, MOBILE X-RAY UNIT R.2.3, situat a la Experimental Surgery Unit (ESU) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Al llarg d'aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins l'objecte d'aquest contracte, així com l'abast del servei proposat.

Aquest servei s'haurà d'executar d'acord a les prescripcions que s'articulen més endavant dins el present plec tècnic.

Clàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació.

En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no coincideixen.

El pressupost total màxim per aquesta licitació, corresponent a la **duració inicial de dos anys**, és de **"DEU MIL EUROS" (10.000,00€)** al qual, si se li suma l'import de **"DOS MIL CENT EUROS" (2.100,00)**, corresponent a l'IVA, suma un total de **"DOTZE MIL CENT EUROS" (12.100,00€)**.

- Per tant, el **pressupost màxim anual** serà de **"CINC MIL EUROS" (5.000,00€)**, **IVA no inclòs**.

El valor estimat per aquesta licitació és de **"VINT MIL EUROS" (20.000,00€)**, al qual, si se li suma l'import de **"QUATRE MIL DOS CENTS EUROS" (4.200,00€)**, corresponent a l'IVA, suma un total de **"VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS" (24.200,00€)**.


(*) Preus que el licitador podrà millorar en la seva OFERTA ECONÒMICA- SOBRE C.

Clàusula 3ª. Durada del Contracte

El contracte tindrà una durada inicial de **dos (2) anys, prorrogable per dos (2) anys addicionals**.

En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l'entitat contractant, serà obligatòria pel contractista, d'acord amb el que estableix l'article 29 de la LCSP.

El servei començarà a partir de la data que s'estableixi en la formalització del contracte.



Clàusula 4ª. Facturació i pagament

El contractista facturarà amb una única factura anual, les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: factures@vhir.org, i en concret la periodicitat de facturació serà la que es determina a continuació:

Cada factura emesa haurà de detallar el període al que correspon la mateixa, el desglossament/descripció de les despeses per concepte, així com indicar les referències "LICI-2020-067 MANT. FLUOROSCOPI".

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència bancària, amb venciment 30 dies / data factura.

L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis una vegada aquests s'hagin realitzat de manera parcial o total i una vegada entrada la factura al seu registre. D'acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de la totalitat del preu del contracte.

En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte.

Clàusula 5ª. Característiques tècniques del servei.

La Experimental Surgery Unit (d'ara en endavant, "ESU") de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), precisa la contractació d'un servei de manteniment preventiu i correctiu per a un fluoroscopi. Concretament es tracta de l'equip Fluoroscopi BV PULSERA, MOBILE X-RAY UNIT R.2.3.


Servei de gestió integral de manteniment de l'equip de fluoroscopi BV PULSERA marca PHILIPS, permetent prolongar la vida útil en les millors condicions d'ús per les prestacions per a les que van ser dissenyades, mantenint els paràmetres de seguretat i el compliment de la legislació vigent.

Engloba el conjunt d'activitats que es realitzen amb l'objectiu de conservar els equips en condicions òptimes de funcionament per aconseguir una alta disponibilitat.

*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la contractació, i durant tota la vigència del contracte.

Clàusula 6ª. Altres requisits del servei.

- El tipus de manteniment que es precisa per a l'equip descrit ha d'incloure una (1) visita de Manteniment Preventiu.



- Al finalitzar cada intervenció s'emetrà un document explicatiu de l'avaría, de com s'ha solucionat i la relació de peces substituïdes. Es facilitarà el full de servei o d'intervenció juntament amb el butlletí amb els treballs i les proves de funcionament realitzades
- Caldrà oferir un servei tècnic davant una situació d'avís d'avaría el més breu possible.
 - El període màxim establert serà de tres (4) dies laborals des del moment en què l'Oficina d'Atenció al Client registra la trucada.
 - El temps de resposta i l'assistència telefònica amb el personal enginyer i el personal especialista també es considerarà que sigui el més àgil i ràpid possible, però s'estimarà que mai serà superior a 24 hores.

Clàusula 7ª. Ubicació i Horari de prestació del servei.

Ubicació:

El servei de manteniment es realitzarà a les instal·lacions del VHIR a l'edifici MEDITERRÀNIA (situat al Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona i, en concret, a la Unitat de Cirurgia Experimental). Les persones que prestin el servei seguiran les normes de coordinació d'empreses establertes.

Horari:

El servei haurà de prestar-se dins l'horari següent: de dilluns a divendres de 08.00 a 17.30 h. L'horari de treball del personal assignat quedarà a expenses de l'aprovació per part del/de la Cap de la Unitat, així com les seves possibles alteracions, ja siguin provisionals o definitives.

Clàusula 8ª. Responsable del contracte.

La responsable del contracte es la Cap de la Unitat de Cirurgia Experimental (ESU), a qui li correspondrà bàsicament, entre d'altres, les funcions de gestió i supervisió del servei contractat, conformar la facturació que emeti el servei; seguiment, control i dictat de les instruccions necessàries per la bona execució del contracte; determinar si la prestació realitzada s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i recepció del contracte a la seva finalització, i donar compliment a les obligacions assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron – Institut de Recerca (VHIR) en aquest contracte.



Clàusula 9ª. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat Intel·lectual i Industrial.

Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l'empresa que resulti adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, haurà de fer extensives als empleats que adscriu al servei, les obligacions contingudes i assumides per l'empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement.

S'entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim establert en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d'aplicació i per a la seva explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d'explotació, tots els drets, inclosos els d'explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, procediment, idea, tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca desenvolupada per l'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació (en endavant, "Propietat Intel·lectual i/o Industrial"), i que derivin directa o indirectament de la relació entre VHIR i l'empresa adjudicatària pel contracte que es derivi del present procediment de licitació.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació s'obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del contracte que es derivi del present procediment de licitació.

En el supòsit de que l'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat intel·lectual o industrial, s'entendrà que l'esmentat descobriment o desenvolupament constitueix informació confidencial del VHIR.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació s'obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure discreció del VHIR, per a permetre l'acreditació de la titularitat del VHIR o l'adequada protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o de qualsevol tercer designat per aquest.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.



Clàusula 10ª. Criteris de Valoració sotmesos a Judici de Valor.

Els criteris que a continuació s'indiquen, s'avaluaran mitjançant judicis de valors i s'aplicaran al contingut del sobre nº 2:

OFERTA TÈCNICA..... MÀXIM 50 PUNTS.

Característiques qualitatives i tècniques del servei MÀXIM 40 PUNTS.

Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar detalladament la proposta de servei plantejada per part del contractista. Ha d'incloure com a mínim:

- Acatament de totes les condicions obligatòries especificades en el present plec.
- Organització i gestió del servei.
- Mitjans tècnics assignats al servei.

Millors Addicionals (Total: 10 punts):

- Oferiment de serveis de qualificació de l'equip amb un descompte d' almenys un 5% **(2,5 punts)**.
- Oferiment d'un descompte d'almenys un 5% en cas de que l'empresa requereixi el servei de cursos de formació del manteniment de l'equip **(2,5 punts)**.
- Reducció del temps de resposta davant una situació d'avís d'avaría **(5 punts)**.


Barcelona, de 16 d'octubre de 2020.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.

Dr. Joan X. Comella Carnicé

Director


Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR)



ANNEX I.- INFORMACIÓ DE L'EQUIP

FLUOROSCOPIA BV PULSERA





Característiques

Mode de “*toma pulsada*” per a aconseguir un contrast excepcional

El mode de “*toma pulsada*” produeix un contrast excel·lent d'imatges, redueix els artefactes de moviment en exàmens cardiovasculars i li ofereix imatges d'alta qualitat. Això li brinda la potència i la qualitat d'imatge que el seu treball en quiròfan requereix.

Volant posterior per a un fàcil posicionament

La base amb braç en C mòbil ultra compacta compta amb un volant posterior que facilita la maniobrabilitat i el posicionament de l'equip. L'estació MobileView amb pantalla tàctil pot traslladar-se per l'espai reduït d'un quiròfan concorregut per a arribar a la posició de visualització més desitjable.

Tecnologia d'ànode giratori per a procediments prolongats.

Les capacitats excepcionals de maneig de la calor permeten que aquest sistema pugui seguir el ritme dels procediments intervencionistes i cardiovasculars més prolongats. La tecnologia d'ànode giratori i d'alta penetració automàtica li ofereixen la potència d'adquirir imatges de pràcticament qualsevol tipus de pacients. Visualitzi els detalls més subtils en les projeccions més escarpades i observi ràpidament l'anatomia en moviment

Paràmetres de APF per a aconseguir un alt rendiment