

**RECTIFICACIÓ DEL EXPEDIENT DE LICITACIÓ QUE CONSTA EN LA PAGINA WEB –  
PERFIL DEL CONTRACTANT RELATIU AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN  
LECTOR MULTIMODAL DE PLAQUES PER ABSORBÀNCIA, FLUORESCÈNCIA I  
LUMINESCÈNCIA PER SERVEIS GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ  
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR).**

**LICI 2021-072 LECTOR MULTIMODAL DE PLAQUES**

I. Que s'ha constatat la necessitat d'esmenar l'expedient de referencia, relatiu al subministrament d'un equip lector multimodal de plaques d'absorbància, fluorescència i luminescència per la sala d'aparells comuns de l'edifici Collserola a càrrec de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures com a equip comú de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR).

II. En concret es procedeix a rectificar un apartat de la Clàusula 6. Descripció tècnica de l'objecte a subministrar del Plec de Prescripcions Tècnica:

Es rectifica el següent punt el qual es troba dins de les Característiques Generals així com també en Sistema Fotomètric vinyeta Mesures d'absorbància:

**"Control de temperatura d'incubació de 4°C a 40°C."**

S'aclareix que la característica correcta per a tots dos apartats ha de ser:

**"Control de temperatura d'incubació de temperatura ambient fins a 40°C".**

III. S'acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles empreses i persones que hagin tingut accés i s'hagin descarregat tota la documentació d'aquest Procediment l'esmentada rectificació, als efectes pertinents.

Barcelona, a 16 de novembre de 2021.

**ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ**

Dr. Joan X. Comella Carnicé

Director

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron – Institut de Recerca (VHIR)