

**RECTIFICACIÓ DEL EXPEDIENT DE LICITACIÓ QUE CONSTA EN LA PAGINA WEB –
PERFIL DEL CONTRACTANT RELATIU AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, I
POSADA EN FUNCIONAMENT DE L' ARC RADIOQUIRÚRGIC MÒBIL, DESTINAT A LA
UNITAT DE CIRURGIA EXPERIMENTAL (ESU) DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).**

2021-077 SUBMINISTRAMENT D'UN ARC RADIOQUIRÚRGIC MÒBIL

- I. Que s'ha constatat la necessitat d'esmenar l'expedient de referencia, relatiu a la contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un arc quirúrgic d'altres prestacions, equipat per a experiments en viu, destinat a la Unitat de Cirurgia Experimental de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR).
- II. En concret es procedeix a rectificar la Clàusula 4^a. Tipologia del subministrament, es rectifica en els següents apartats on posa:

- **DETECTOR PLANO**

Detector CMOS de 3 camps de visualització i el major de 31cm

S'aclareix que hauria de posar el següent:

- **DETECTOR PLANO**

Detector CMOS o Iodur de Cesi de 3 camps de visualització i de mida igual o superior a 30cm.

- III. Degut a les correccions plantejades a la Clàusula 4^a. Tipologia del subministrament, es veu la necessitat de modificar també la Clàusula 10^a. Criteris d'adjudicació, l'apartat 10.2.1 Criteris avaluables mitjançant judicis de valor, fins a 50 punts (SOBRE 2).


S'aclareix que la puntuació correcta és la següent:

- **Característiques qualitatives i tècniques del subministrament (memòria tècnica)..... (fins a 39 punts).**

Cada adjudicatari ha de presentar una memòria descriptiva de les especificacions tècniques de l'equip a subministrar, detallant cadascun dels apartats indicats a la clàusula 4^a (Tipologia del subministrament).

Es consideren requisits indispensables:

1. Requisits mínims de l'equipament. **ANNEX 1**
2. Software MTS con perfils vasculars i cardio inclosos (electrofisiologia i hemodinàmica), a més de perfils inclosos per trauma, cirurgia general, columna, c. cervical i moviments motoritzats
3. Arc monitoritzat
4. Característiques qualitatives i tècniques del subministrament, on es detalla com es repartiran els 39 punts. **ANNEX 2**



- **Altres condicions del subministrament: 11 punts**
 - **Pla de formació:..... 2 punts**
Ha d'incloure: planificació, cronograma i recursos disponibles, tant per la formació inicial com per la formació continuada i suport en aplicacions.
 - **Pla de Manteniment de l'equip:..... 3 punts**
Han de constar els següents punts:
 - Recursos humans disponibles (indicant tècnics especialistes a l'àrea de Barcelona/España).
 - Planificació del manteniment: preventiu (nombre de visites, operacions de manteniment a dur a terme); correctiu (temps de resposta, condicions específiques).
 - **Arc quirúrgic con detector digital CMOS de 31x31 cm, flat pannel 6 punts**
- IV.** S'acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles empreses i persones que hagin tingut accés i s'hagin descarregat tota la documentació d'aquest Procediment l'esmentada rectificació, als efectes pertinents.

Barcelona, a 10 de desembre de 2021.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Dr. Joan X. Comella Carnicé

Director

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron – Institut de Recerca (VHIR)