

**L'INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L' ARC RADIOQUIRÚRGIC MÒBIL, DESTINAT A LA UNITAT DE CIRURGIA EXPERIMENTAL (ESU) DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).**

**2021-077 SUBMINISTRAMENT D'UN ARC RADIOQUIRÚRGIC MÒBIL**

En data 28 de desembre de 2021 s'ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases del concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de licitació relatiu als ***“subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un arc quirúrgic d'altres prestacions, equipat per a experiments en viu, destinat a la Unitat de Cirurgia Experimental de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR)”***.

La licitació objecte d'aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 01 de desembre de 2021, i la data màxima per a la presentació d'ofertes segons els terminis mínims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va finalitzar el passat 16 de desembre de 2021.

Tal i com es va fer constar en l'Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d'Obertura del Sobre Núm.1 de data 17 de desembre de 2021, la documentació presentada no contenia defectes esmenables,

El 23 de desembre de 2021, va procedir-se a la realització de l'obertura del sobres amb les ofertes avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l'Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d'Obertura del Sobre Núm. 2.

Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s'ha anat reproduint tenint en compte les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, d'acord amb el quadre de puntuacions següent:

**10.2- OFERTA TÈCNICA ..... (FINS 50 PUNTS) SOBRE 2**

**10.2.1 Criteris avaluables mitjançant judicis de valor..... fins a 50 punts (SOBRE 2)**

Els criteris que a continuació s'indiquen s'avaluaran mitjançant judicis de valor. La valoració es farà per comparació de les ofertes presentades. Es donarà més puntuació a la oferta que s'ajusti millor al demanat en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta d'ofertes es puntuaran proporcionalment per comparació. No es valorarà informació no rellevant.

- **Característiques qualitatives i tècniques del subministrament (memòria tècnica)..... (fins a 39 punts).**



Cada adjudicatari ha de presentar una memòria descriptiva de les especificacions tècniques de l'equip a subministrar, detallant cadascun dels apartats indicats a la clàusula 4ª (Tipologia del subministrament).

Es consideren requisits indispensables:

1. Requisits mínims de l'equipament. **ANNEX 1**
  2. Software MTS con perfils vasculars i cardio inclosos (electrofisiologia i hemodinàmica), a més de perfils inclosos per trauma, cirurgia general, columna, c. cervical i moviments motoritzats
  3. Arc monitoritzat
  4. Característiques qualitatives i tècniques del subministrament, on es detalla com es repartiran els 39 punts. **ANNEX 2**
- **Altres condicions del subministrament: ..... 11 punts**
    - **Pla de formació:..... 2 punts**  
Ha d'incloure: planificació, cronograma i recursos disponibles, tant per la formació inicial com per la formació continuada i suport en aplicacions.
    - **Pla de Manteniment de l'equip:..... 3 punts**  
Han de constar els següents punts:
      - Recursos humans disponibles (indicant tècnics especialistes a l'àrea de Barcelona/Espanya).
      - Planificació del manteniment: preventiu (nombre de visites, operacions de manteniment a dur a terme); correctiu (temps de resposta, condicions específiques).
    - **Arc quirúrgic con detector digital CMOS de 31x31 cm, flat panel ..... 6 punts**

**NOTA IMPORTANT:** Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador obtingui **trenta-set (37) punts** en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de valor. En cas contrari quedarà exclòs i no podrà optar a la valoració dels criteris avaluable de forma automàtica.

Exposat l'anterior, s'indica a continuació la puntuació que s'ha assolit:



**Característiques qualitatives i tècniques del subministrament (memòria tècnica).....fins a 39 punts.**

	<b>GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU</b>
<p>Cada adjudicatari ha de presentar una memòria descriptiva de les especificacions tècniques de l'equip a subministrar, detallant cadascun dels apartats indicats a la clàusula 4ª (Tipologia del subministrament).</p> <p>Es consideren <u>requisits indispensables</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Requisits mínims de l'equipament. <b>ANNEX 1</b></li><li>2. Software MTS con perfils vasculars i cardio inclosos (electrofisiologia i hemodinàmica), a més de perfils inclosos per trauma, cirurgia general, columna, c. cervical i moviments motoritzats</li><li>3. Arc monitoritzat</li><li>4. Característiques qualitatives i tècniques del subministrament, on es detalla com es repartiran els 39 punts. <b>ANNEX 2</b></li></ol>	39
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>39</b>

**Justificació de les valoracions:** Solamente se presentó la empresa GE Healthcare y presenta todos los requisitos solicitados.



**Altres condicions del subministrament: .....11 punts**

	<b>GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU</b>
<b>Pla de formació: 2 punts</b> Ha d'incloure: planificació, cronograma i recursos disponibles, tant per la formació inicial com per la formació continuada i suport en aplicacions.	2
<b>Pla de Manteniment de l'equip: 3 punts</b> Han de constar els següents punts: <ul style="list-style-type: none"><li>• Recursos humans disponibles (indicant tècnics especialistes a l'àrea de Barcelona/Espanya).</li><li>• Planificació del manteniment: preventiu (nombre de visites, operacions de manteniment a dur a terme); correctiu (temps de resposta, condicions específiques).</li></ul>	3
<b>Arc quirúrgic con detector digital CMOS de 31x31 cm, flat panel: 6 punts</b>	6
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>11</b>

**Justificació de les valoracions:** La empresa GE Healthcare presenta todos los requisitos solicitados:

- Plan de formación – documento nº 5
- Plan de mantenimiento – documento nº 6
- Arco quirúrgico con detector digital 31 x 31 cm – flat panel – documento nº 3, pag. 4



A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes tècniques, el qual s'acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada tingui lloc l'obertura pública del sobre nº 3, que serà el proper 30 de desembre de 2021 a les 09:00 h, mitjançant Microsoft Teams amb l'eina de Sobre Digital, tal i com s'anuncia a les bases de la present licitació publicades a la web del VHIR.

<b>QUADRE DE PUNTUACIONS</b>						
<b>Ofertes presentades:</b>	Oferta econòmica			50%	50%	
				Valor. Econòmica.	Aspectes Tècnics	
	BI	IVA	TOTAL			TOTAL
<b>GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU</b>					50	<b>50</b>

Barcelona, 28 de desembre de 2021.

**Dra. Marielle Esteves Coelho**

Head of Experimental Surgery Unit (ESU)

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)