

**RESOLUCIÓ D'EXCLUSIÓ DELS LICITADORS I DECLARACIÓ DESERT DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB NÚM. EXPEDIENT LICI 2022-045 REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VALIDACIÓ DE FUNCIONAMENT, SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE FILTRES DE LES VITRINES D'ASPIRACIÓ DE GASOS, CABINES DE FLUX LAMINAR, CABINES DE SEGURETAT BIOLÒGICA I VITRINA D'ASPIRACIÓ PER RADIOISÒTOPS PER SERVEIS GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR).**

**LICI 2022-045 VALIDACIÓ DE FUNCIONAMENT DE CABINES I VITRINES**

**ANTECEDENTS**

I.- La Sra. Montserrat Giménez Prous en la seva condició de Gerent de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), i com a òrgan de contractació de l'esmentada entitat, va convocar procediment obert mitjançant anuncis al Perfil de Contractant del VHIR i a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a data 21 d'octubre de 2022.

II.- En data 15 de novembre de 2022, la Mesa de Contractació es va constituir procedint a l'examen i qualificació de la documentació general de les empreses licitadores.

III.- Una vegada revisada la documentació continguda al sobre núm. 1, relatiu a la documentació general, es va detectar l'existència de defectes esmenables en la documentació aportada pels licitadors. Després d'haver sol·licitat als licitadors que esmenessin la documentació aportada al Sobre núm. 1, aquests van esmenar-la en temps i forma. Per tant, es van donar per admesos en el procediment a les següents empreses:

LOT 1: Validació anual de funcionament subministrament i substitució dels filtres de carbó actiu de totes les vitrines d'aspiració i Validació anual de funcionament de cabines de seguretat biològica i vitrines de flux laminar del VHIR. Subministrament i substitució de filtres HEPA i filtres de carbó de les cabines que així ho requereixin de totes les unitats del VHIR incloses en aquest PPT.

- STERIL TECH SL
- AIRVALIDATION, S.L.
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L.

LOT 2: Validació anual de funcionament de la vitrina de gasos per radioisòtops del VHIR. Subministrament i substitució de filtres en cas que es requereixi.

- AIRVALIDATION, S.L.
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L.

**IV.-** En data 22 de novembre de 2022, la Mesa de Contractació es va constituir procedint a l'examen i qualificació de la documentació del Sobre 2 (Oferta tècnica) de les empreses licitadores, declarades admeses en el procediment.

**V.-** Un cop revisada la documentació aportada en el Lot 1 i en el Lot 2, per totes les empreses admeses en el procediment de licitació i en els corresponents lots, les següents empreses han presentat en el Sobre núm. 2 documentació relativa als criteris automàtics del Sobre núm. 3:

LOT 1: Validació anual de funcionament subministrament i substitució dels filtres de carbó actiu de totes les vitrines d'aspiració i Validació anual de funcionament de cabines de seguretat biològica i vitrines de flux laminar del VHIR. Subministrament i substitució de filtres HEPA i filtres de carbó de les cabines que així ho requereixin de totes les unitats del VHIR incloses en aquest PPT.

- STERIL TECH SL
- AIRVALIDATION, S.L.
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L.

LOT 2: Validació anual de funcionament de la vitrina de gasos per radioisòtops del VHIR. Subministrament i substitució de filtres en cas que es requereixi.

- AIRVALIDATION, S.L.
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L.

**VI.-** Que, de conformitat amb la CLÀUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA: NORMES GENERALS: "La documentació que conté el sobre núm. 2 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre núm. 3 relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de criteris avaluable de forma automàtica. L'incompliment d'aquesta obligació implicarà l'exclusió de la licitació", raó per la qual, la Mesa de Contractació proposa l'exclusió de les següents empreses licitadores:

LOT 1: Validació anual de funcionament subministrament i substitució dels filtres de carbó actiu de totes les vitrines d'aspiració i Validació anual de funcionament de cabines de seguretat biològica i vitrines de flux laminar del VHIR. Subministrament i substitució de filtres HEPA i filtres de carbó de les cabines que així ho requereixin de totes les unitats del VHIR incloses en aquest PPT.

- STERIL TECH SL
- AIRVALIDATION, S.L.
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L.

LOT 2: Validació anual de funcionament de la vitrina de gasos per radioisòtops del VHIR. Subministrament i substitució de filtres en cas que es requereixi.

- AIRVALIDATION, S.L.
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L.

**VII.-** Que, en conseqüència la Mesa de Contractació proposa la declaració de DESERT del present procediment de contractació pública.

## ACORDA

**PRIMER.-** Excloure a l'empresa STERIL TECH SL del Lot 1, del present procediment de contractació pública referent al servei de validació de funcionament, subministrament i substitució de filtres de les vitrines d'aspiració de gasos, cabines de flux laminar, cabines de seguretat biològica i vitrina d'aspiració per radioisòtops per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), per incorporar informació relativa als criteris automàtics del Sobre núm. 3, dins de la seva oferta del Sobre núm. 2.

**SEGON.-** Excloure a l'empresa AIRVALIDATION, S.L. del Lot 1 i del Lot 2 del present procediment de contractació pública referent al servei de validació de funcionament, subministrament i substitució de filtres de les vitrines d'aspiració de gasos, cabines de flux laminar, cabines de seguretat biològica i vitrina d'aspiració per radioisòtops per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), per incorporar informació relativa als criteris automàtics del Sobre núm. 3, dins de la seva oferta del Sobre núm. 2.

**TERCER.-** Excloure a l'empresa QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L. del Lot 1 i del Lot 2 del present procediment de contractació pública referent al servei de validació de funcionament, subministrament i substitució de filtres de les vitrines d'aspiració de gasos, cabines de flux laminar, cabines de seguretat biològica i vitrina d'aspiració per radioisòtops per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), per incorporar informació relativa als criteris automàtics del Sobre núm. 3, dins de la seva oferta del Sobre núm. 2.

**QUART.-** NOTIFICAR l'exclusió del procediment de licitació de referència a les empreses licitadores.

**CINQUÈ.-** Declarar **DESERT** el procediment obert d'adjudicació del contracte relatiu a la "SERVEI DE VALIDACIÓ DE FUNCIONAMENT, SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE FILTRES DE LES VITRINES D'ASPIRACIÓ DE GASOS, CABINES DE FLUX LAMINAR, CABINES DE SEGURETAT BIOLÒGICA I VITRINA D'ASPIRACIÓ PER RADIOISÒTOPS PER SERVEIS GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR)" per un pressupost d'un màxim de 82.850,00€, (IVA exclòs) per als 2 anys inicials del contracte, dividit en dos lots, aprovada per l'òrgan de contractació en data 21 d'octubre de 2022, i deixant sense efectes tant l'expedient de contractació com el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

**SISÈ.-** Publicar el present **ACORD** al perfil del contractant de la pàgina web de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR) [www.vhir.org](http://www.vhir.org) , així com en el perfil de contractant, que consta a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya <http://contractaciopublica.gencat.cat>.

Barcelona, 29 de novembre de 2022

**ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ**

**Sra. Montserrat Giménez Prous**

Gerent

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).