

**RECTIFICACIÓ DEL EXPEDIENT DE LICITACIÓ QUE CONSTA EN LA PAGINA WEB –  
PERFIL DEL CONTRACTANT RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'UN EQUIP DE SISTEMA  
DE ANÀLISIS DE CÈL·LULA ÚNICA, PEL PROJECTE HR20-00218, DESTINAT AL  
LABORATORI DE MALALTIES INFECCIOSES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI  
VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).**

**2022-032 EQUIP DE SISTEMA DE ANÀLISIS DE CÈL·LULA ÚNICA**



- I. Que en el moment de realitzar l'obertura del sobre B i abans de realitzar cap revisió per part de la persona responsable de la licitació de la documentació de l'oferta presentada en el sobre número 2 per l'empresa licitadora, la mesa de contractació ha detectat un error material en la licitació de referència.
- II. Que, aquest òrgan de contractació constata la necessitat d'esmenar l'expedient de referencia, relatiu a la contractació subministrament d'un nou equip per fer la anàlisis de cèl·lula única pel projecte HR20-00218, titulat "*Enhancing Tissue-Specific Immune Microenvironments for the Cure of HIV*" destinat al laboratori de malalties infeccioses de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), donat que hi ha un error matemàtic en el càlcul dels criteris d'adjudicació.
- III. En concret es procedeix a rectificar la Clàusula 10ª. Criteris d'adjudicació, especialment dins de l'apartat "**10.2.1. Característiques qualitatives i tècniques del subministrament.....40 punts**", en el següent redacta on posa:

*"Característiques tècniques de l'equip: Sistema de control de temperatura amb un rang de 4 - 40°C, sistema amb agitació integrada dins dels pous de les mostra, sistema amb l'execució d'1,2,4 o 8 mostres en paral·lel, sistema que permeti l'encapsulació totalment automatitzada per a protocols experimentals estandarditzats com, entre d'altres, Drop-Seq, sistema ha de permetre una selecció de reactius a utilitzar i no limitar-se als ús de kits comercials.....màxim 30 punts"*

**S'aclareix** que ha de posar:

*"Característiques tècniques de l'equip: Sistema de control de temperatura amb un rang de 4 - 40°C, sistema amb agitació integrada dins dels pous de les mostra, sistema amb l'execució d'1,2,4 o 8 mostres en paral·lel, sistema que permeti l'encapsulació totalment automatitzada per a protocols experimentals estandarditzats com, entre d'altres, Drop-Seq, sistema ha de permetre una selecció de reactius a utilitzar i no limitar-se als ús de kits comercials.....màxim 25 punts"*

- IV. S'acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles empreses i persones que hagin tingut accés i s'hagin descarregat tota la documentació d'aquest Procediment l'esmentada rectificació, als efectes pertinents.

Barcelona, a 05 de juliol de 2022.

**ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ**

Dr. Joan X. Comella Carnicé

Director

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron – Institut de Recerca (VHIR)